

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БУКОВИЧКА БАЊА“ А Р А Н Ћ Е Л О В А Ц
БРОЈ: 1231.
ДАТУМ: 24.09.2019 год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), директор Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка Бања“ Аранђеловац, на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 1229 од 23.09.2019.године) доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПОСТУПАК МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 1.1.9**

Уговор о јавној набавци добара за партију 1: 2 ЕКГ апарата- додељује се понуђачу **Diacor d.o.o.**, Боривоја Стевановића 20/32, 11000 Београд чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 642.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговор о јавној набавци добара за партију 2: 1 дефибрилатора- додељује се **Diacor d.o.o.**, Боривоја Стевановића 20/32, 11000 Београд чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 414.120,00 динара без ПДВ-а.

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наручилац је дана 28.08.2019.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке добара број 1118

Наручилац је дана 09.09.2019.године на Порталу јавних набавки објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију.

Предмет јавне набавке је набавка добара: Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, по партијама, редни број набавке је 1.1.9

Процењена вредност набавке је 1.320.000,00 динара без пдв-а.

До истека рока за подношење понуда пристигло је 2 (две) понуде.

1. Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачи ма“)	Назив понуђача	Цена у дин по партији
1.	Superlab d.o.o., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд	Партија 2- 397.830,00 без ПДВ-а Партија 2- 477.396,00 са ПДВ-ом
2.	Diacor d.o.o., Боривоја Стевановића 20/32, 11000 Београд	Партија 1- 642.000,00 динара без ПДВ-а Партија 1- 770.400,00 динара са ПДВ-ом Партија 2- 414.120,00 без ПДВ-а Партија 2- 496.944,00 са ПДВ-ом

Након отварања понуда, Комисија се састала дана 23.09.2019.године ради прегледа и стручне оцене достављених понуда.

Критеријум за доделу уговора одређен у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији је: најниже понуђена цена

Партија 1- 2 ЕКГ апарата

Процењена вредност партије 1- 660.000,00 динара

Понуда понуђача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „Основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 2 је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача, па је као таква оцењена прихватљивом.
Критеријум за доделу уговора одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, гласи „Најниже понуђена цена“

Ред. бр. (из тачке „Основни подаци о понуђачима“)	Назив понуђача	Цена без ПДВ-а у дин
1.	Diacor d.o.o., Боривоја Стевановића 20/32, 11000 Београд	642.000,00

Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да у складу са чланом 107. став 2.ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија предлаже Научиоцу, да у складу са чланом 107. став 3 ЗЈН донесе одлуку о додели уговора са понуђачем **Diacor** d.o.o., Боривоја Стевановића 20/32, 11000 Београд чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 642.000,00 динара без ПДВ-а.

Партија 2- 1 дефибрилатор

Процењена вредност партије 2-660.000,00 динара

Одбија се као неприхватљива понуда понуђача Superlab d.o.o., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд из разлога што није понудио тражене техничке карактеристике апарата наведене на страни 27/36 у табели „Минималне техничке карактеристике дефибрилатора“ и то:

Под редним бројем 4. у табели тражено је „Пуњење до максималне енергије макс. 10 sec.“ Што значи да је битно да се апарат напуни за што краће време у овом случају за мање од 10 секунди.

Понуђач Superlab d.o.o је уместо траженог параметра понудио <12 sec. што је више од захтеваног времена, иако је на страни под насловом "Technical data" обележио као „Charge time“ <6 sek for 200J—што значи да се пуњење до максималне енергије не може завршити у траженим границама обзиром да је за пуњење до 200J потребно 6 секунди.

Под редним бројем 8. у поменутој табели тражено је да „Дефибрилатор мора да поседује звучну и визуелну анимацију оператера на српском језику“. То значи да у достављеном каталогу понуђача мора да је јасно назначено да понуђени дефибрилатор мора да има ову карактеристику. Уместо тога понуђач Superlab d.o.o је доставио изјаву да постоји могућност да на захтев наручиоца инсталира тражени софтвер на српском језику.

Под редним бројем 15 „Тежина апарата са батеријом мах. 1,6 кг,, Понуђач Superlab d.o.o је уместо траженог параметра навео да је тежина апарата приближно 2,00 без енергетског модула иако у техничким подацима на енглеском језику пише приближно 2,5 кг без и 3 кг са напајањем.

Под редним бројем 17. у поменутој табели тражено је „ Радна температура -5 до 40 С°“
Понуђач Superlab d.o.o је уместо траженог параметра навео опсег радне температуре од 0-55 С°

Понуда је такође неприхватљива због битних недостатака сходно чл. 3. став 1. тачка 33, а у вези чл. 106. став 1. тачка 2. ЗЈН, јер није достављена изјава произвођача којом се гарантује да је добро произведено у 2019. години. Наиме на страни 5/36 у делу 4.1.2 Доказивање испуњености додатних услова под тачком 3 захтевано је „Да су добра која су предмет набавке произведена у 2019. години“. Као доказ понуђач је имао обавезу да достави изјаву

произвођача медицинске опреме да су добра која су предмет јавне набавке произведена у 2019. години (година и датум морају бити прецизно дефинисани као и серијски број апарата). Уз изјаву понуђач је морао да достави на меморандуму контакт особу, телефон и мејл адресу произвођача медицинске опреме, за проверу тачности наведених података

Уместо напред наведеног понуђач Superlab d.o.o., је доставио ауторизацију произвођача Metrax GmbH у којој је између осталих података везаних за ауторизацију понуђача Superlab d.o.o. у Србији, наведено да ће тражени дефибрилатор бити произведен након потврде поруџбине у 2019. години, што значи да на изјави не постоје тражени подаци који се односе на годину и датум производње и серијски број апарата. То је у супротности са захтевом наручиоца захтеваним у конкурсној документацији. Такође, доводи се у питање понуђени рок испоруке понуђача од 15 дана ако тражени апарат још увек није произведен.

Понуда понуђача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „Основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 2 је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача, па је као таква оцењена прихватљивом.

Критеријум за доделу уговора одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, гласи „Најниже понуђена цена“

Ред. бр. (из тачке „Основни подаци о понуђачима“)	Назив понуђача	Цена без ПДВ-а у дин
2.	Diacor d.o.o., Боровоја Стевановића 20/32, 11000 Београд	414.120,00

Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да у складу са чланом 107. став 2.ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3 ЗЈН донесе одлуку о додели уговора понуђачу **Diacor** d.o.o., Боровоја Стевановића 20/32, 11000 Београд чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 414.120,00 динара без ПДВ-а.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.



Директор

др Слободан Продановић